

– Achtung –

Kontraindikationen – Sicherheitshinweise

- Personen, welche nicht behandelt werden, sollten sich mindestens 1,5m vom Strahler entfernt aufhalten, wenn Hochfrequenz gesendet wird.
- Patienten mit Herzschrittmachern, anderen aktiven Implantaten und/oder Endoprothesen o.ä. nicht bestrahlen.
- Keine Unterleibsbehandlung bei Schwangerschaft.
- Kinder unter 10 Jahren und Patienten, welche nicht in der Lage sind, sich bemerkbar zu machen (z.B. bei körperlicher oder geistiger Behinderung), sollten unter Aufsicht behandelt werden.
- Keine direkte Bestrahlung von Augen und Hoden.
- Unzureichend geschützte elektronische Geräte können beeinflusst werden. Hörgeräte und ähnliches entfernen.
- Metallteile, wie Schlüssel, Schmuck, Schnallen oder metallischer Zierrat ablegen.
- Transpiration vermeiden. In Bereichen in denen Injektionen, Salben oder Iontophorese verabreicht wurden, keine Behandlung vornehmen.
- Keine unbeabsichtigte Hochfrequenz aussenden. Daher zuerst das Strahlerfeld ausrichten und dann die Hochfrequenzabgabe starten.
- Der Patient sollte eine Mikrowellen-Schutzbrille tragen, wenn dieses angebracht ist.
- Hohe Leistungen und lange Therapiedauer sollten nur besonderen Fällen vorbehalten werden. Bei Patienten mit verringertem Wärmeempfinden ist die Dosis zu reduzieren.

